

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2024-097	REFERENCIA PS/NA/101097
PRODUCTO Muleta con puño anatómico blando, referencias AD112R y AD112L, fabricadas y distribuidas en 2022.	
Nº LOTE Ver nºs de lote afectados en la nota de aviso de la empresa.	
FABRICANTE Ossenberg GmbH., Alemania.	
DISTRIBUIDOR <ul style="list-style-type: none">Ayudas Tecnodinámicas S.L., Calle Llobregat nº12, Santa Perpètua de Mogoda, 08130 Barcelona.Easy Way Healthcare SL. Camí de la Pellería 20, 08915 Badalona, Barcelona.	
ASUNTO Retirada del mercado de determinados lotes de la muleta con puño anatómico blando, referencia AD112 (R y L), debido a la posibilidad de rotura derivada de un defecto de fabricación, lo que podría provocar la caída de los usuarios.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso de las empresas distribuidoras.Póster de aviso para farmacias y ortopedias de las empresas distribuidoras.Nota informativa AEMPS PS, 08 2024.	

